



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž

podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Tovar, služba

„Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory“

PaedDr. Helena Kurucová,
osoba poverená riadením procesu VO

.....

Súťažné podklady schvaľuje:

MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH

.....

Bratislava, November 2022

A.1 Pokyny pre uchádzačov

Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: **Národný ústav detských chorôb** (ďalej aj ako „NÚDCH“)

Adresa organizácie: Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika

IČO: 00607231

Web organizácie (URL): <http://www.nudch.eu/>

Kontaktná osoba: PaedDr. Helena Kurucová

Telefón: +421 2 59 371 732

E-mail: helena.kurucova@nudch.eu

2. Predmet zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky: **Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory**

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplnujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet: 33172100-7 - Prístroje na anestéziu

Doplňujúce predmety:

33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje

33172000-6 - Prístroje na anestéziu a resuscitáciu,

51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadení,

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2.3 V zmysle § 3 ods. 5 zákona (ďalej aj zákon o verejnom obstarávaní) sa týmto verejným obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka).

2.4 Predmet zákazky: **Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory**

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky."

3. Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky je rozdelený na časti: **áno**.

1. Časť: **Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy**

Dodatočný kód CPV: 33172100-7 - prístroje na anestéziu

Predpokladaná hodnota zákazky: **75 489,24 eur bez DPH**

2. Časť: **Servoventilátory**

Dodatočný kód CPV: 33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje

Predpokladaná hodnota zákazky: **224 343,00 eur bez DPH**

4. Variantné riešenie

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, na túto ponuku sa nebude prihliadať a takéto variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk.

5. Pôvod predmetu zákazky

5.1 Uchádzač, jeho prípadní subdodávatelia, uchádzačom navrhnutí kľúčoví experti a prípadne ním ponúkané tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskej únie, príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami.

6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: **Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika.**

6.2 Lehota dodania - do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

6.3 Trvanie zmluvy - v prípade časti č. 1 predmetu zákazky bude výsledkom procesu verejného obstarávania uzatvorenie kúpnej zmluvy a v prípade časti č. 2 predmetu zákazky bude výsledkom procesu verejného obstarávania uzatvorenie rámcovej kúpnej zmluvy, ktorej čerpanie bude v zmysle potrieb verejného obstarávateľa a finančných možností verejného obstarávateľa na základe čiastkových objednávok. Uzatvorenie rámcovej kúpnej zmluvy na obdobie 24 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu.

7. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ: **nie.**

8. Zmluva

8.1 Výsledkom tejto súťaže bude uzatvorenie kúpnej zmluvy a rámcovej kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších zákonov. Zmluva bude uzatvorená pre každú časť zákazky samostatne.

8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je uvedené v Zmluve, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

9. Lehota viazanosti ponuky

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.

9.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do **30.06.2023.**

9.3 V prípade uplatnenia revízných postupov v zmysle § 163 a nasl. zákona alebo iných okolností, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie zábezpeky, predĺžená lehota viazanosti ponúk nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

9.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na <https://obstaravanie.eranet.sk> (ďalej len „ERANET“).

10.2 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: <https://obstaravanie.eranet.sk>.

10.2.1 Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: <https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1540>. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

10.3 Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.

10.4 Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.

10.5 Ak záujemca alebo uchádzač zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť, t. j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný obstarávateľ bude na takúto informáciu hľadať tak, ako keby nebola podaná.

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

11.1 Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 10.

11.2 Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe cez systém ERANET.

11.3 Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie predloženej podľa bodov 10 a 11.1 sa oznámi podľa bodu 10 bezodkladne s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záujemcom, ktorým verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady najneskôr však **šesť dní** pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiadava dostatočne vopred.

11.4 Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania verejný obstarávateľ zverejní v systéme ERANET na webovej adrese: www.obstaravanie.eranet.sk v časti Verejný profil, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu.

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa neuskutoční, nie je potrebná.

Časť III. Príprava ponuky

13. Vyhotovenie ponuky

13.1 Ponuka musí byť predložená elektronicke. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

13.2 Ponuka predkladaná elektronicke obsahuje len jednu časť – elektronicke obálku.

13.3 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú naskenované.

13.4 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v naskenovanej podobe v nasledujúcich prípadoch: uchádzač sa stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní; verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov.

13.6 Predložené dokumenty a doklady v systéme ERANET musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku.

14. Jazyk ponuky

14.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

15.1 Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v európskej menovej jednotke (ďalej len „EUR“) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo parameter.

15.2 Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.

15.3 Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Uchádzač musí vyplniť príslušnú tabuľku Návrh na plnenie kritérií tak, aby každá požadovaná cenová položka mala uvedenú číselnú hodnotu.

15.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), t. j. zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

15.5 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, ako aj všetky ostatné ceny, ktoré je v týchto súťažných podkladoch požadované uvádzať, bez DPH, ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

15.6 Uchádzač v časti ponuky určenej pre návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedie konečné zmluvné ceny. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.

15.7 Všetky ceny uvádzané v ponuke uchádzača sú navrhovanými zmluvnými cenami a musia byť vypracované presne podľa časti A3. Kritériá hodnotenia týchto súťažných podkladov.

15.8 Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.

16. Zábezpeka ponuky

16.1 Zábezpeka sa nevyžaduje.

Časť IV. Obsah ponuky

17. Obsah ponuky

17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na jednu časť alebo aj dve ponuky na dve časti zákazky vyhotovené podľa bodu 13 týchto súťažných podkladov, ktorá musí obsahovať:

P. č.	Požiadavka na ponuku	Relevantnosť pre časti zákazky
1.	Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke a že nie je v konflikte záujmov. (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 4 k súťažným podkladom)	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky.
2.	V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky.

P. č.	Požiadavka na ponuku	Relevantnosť pre časti zákazky
	uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 5 k súťažným podkladom)	
3.	V prípade, ak prostredníctvom systému ERANET predkladá ponuku iná osoba ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, súčasťou ponuky musí byť osobitné písomné splnomocnenie pre túto osobu realizovať úkony v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom systému ERANET. (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 6 k súťažným podkladom)	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky.
4.	Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 7 k súťažným podkladom)	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky.
5.	V prípade, ak ponuku podáva skupina dodávateľov, uchádzač predloží vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 8 k súťažným podkladom)	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky.
6.	Čestné vyhlásenie uchádzača o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora a jeho subdodávateľoch. (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 9 k súťažným podkladom)	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky. V dokumente uchádzač vyznačí, pri ktorej časti bude subdodávky využívať.
7.	Návrh na plnenie kritéria a vyhlásenia o splnení požiadaviek na predmet zákazky (Vzory návrhov a vyhlásení sú uvedené v Prílohách č. 10 až č. 13 k súťažným podkladom)	Predkladá sa pre každú časť zvlášť.
8.	Návrh kúpnej zmluvy a rámcovej kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení. Návrh kúpnej zmluvy a rámcovej kúpnej zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh kúpnej zmluvy a rámcovej kúpnej zmluvy sa predkladá so všetkými prílohami a doplnenými údajmi vyznačenými v zmluve na každú časť osobitne. (Vzor návrhu je uvedený v Prílohe č. 3 k súťažným podkladom)	Predkladá sa pre každú časť zvlášť.
9.	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa kapitoly A2 a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, Oddiel III.1.1.	Podmienky účasti podľa §32 preukazuje uchádzač pre všetky časti spoločne.
10.	Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (Vzor vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom)	Predkladá sa len jeden dokument platný pre všetky časti zákazky.

17.2 Uchádzač berie na vedomie, že v prípade, ak sa stane úspešným, elektronická podoba jeho ponuky bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy zverejnená v profile verejného obstarávateľa podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

17.3 V prípade, ak ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 17.1, bude považovaná za nedostatočnú a komisia bude postupovať pri jej posudzovaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

17.4 Pri zistení rozdielov medzi technickými alebo cenovými špecifikáciami uvedenými v návrhu zmluvy a technickými alebo cenovými špecifikáciami v ostatných častiach ponuky rozhodujúce pre vyhodnocovanie ponuky budú technické alebo cenové špecifikácie uvedené v návrhu zmluvy.

Časť V. Predkladanie ponuky

18. Náklady na ponuku

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

19.1 Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj „lídra“) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

19.2 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil ponuku nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20. Predloženie ponuky

20.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému ERANET na webovej stránke uvedenej v bode 22.2 tejto časti súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1 tejto časti súťažných podkladov.

20.2 Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po bezplatnom registovaní a prihlásení do systému ERANET na webovej adrese uvedenej v bode 22.2.

20.3 Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.

20.4 Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.1.

20.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade vzniku nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok systému ERANET alebo iný objektívny dôvod), ktorá znemožnila uchádzačovi predložiť ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk, umožniť uchádzačovi dodatočné predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ informuje dotknutého uchádzača o spôsobe dodatočného predloženia ponuky bez zbytočného odkladu po identifikácii vzniku nepredvídateľnej situácie.

20.6 Predložením ponuky uchádzač súhlasí so všetkými súťažnými podmienkami, vrátane súhlasu s návrhom rámcovej dohody a zmluvy o výpožičke analyzátorov, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

21. Označenie elektronickej ponuky

21.1 Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém ERANET priradí ponuke názov verejného obstarávania, v ktorom je elektronická ponuka predkladaná.

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

22.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

22.2 Ponuky uchádzačov je potrebné odoslať v lehote na predkladanie ponúk na adrese <https://obstaravanie.eranet.sk> v súlade s bodom 20.1.

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať stiahnutím pôvodnej ponuky v systéme ERANET.

Časť VI. Vyhodnotenie ponuky

24. Otváranie ponúk

24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze.

24.2 Termín otvárania ponúk uviedol verejný obstarávateľ v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

24.3 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.

24.4 Otváranie ponúk bude prebiehať online prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu „Otváranie ponúk,“ do ktorej vedia vstúpiť 15 minút pred otváraním ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.

25. Preskúmanie a hodnotenie ponúk

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

25.1.1 obsahujú náležitosti ponuky uvedené v bode 17 tejto časti súťažných podkladov,

25.1.2 zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedeným v týchto súťažných podkladoch.

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1 a 25.2 tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

25.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti ponuky uvedené v bode 17 tejto časti súťažných podkladov. Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vykoná verejný obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk.

26. Oprava chýb

26.1 Zrejmé matematické chyby zistené pri skúmaní ponúk sú:

26.1.1 Rozdiel medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom,

26.1.2 Rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platíť bude jednotková cena,

26.1.3 Nesprávne spočítaná suma vo vzájomnom súčte alebo v medzisúčte jednotlivých položiek; platíť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.,

26.1.4 Iné zrejmé chyby v písaní a počítaní.

26.2 Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky s cieľom odstránenia zrejmých matematických chýb v ponuke zistených pri jej vyhodnocovaní.

26.3 Do procesu hodnotenia ponúk nebude zaradená a bude vylúčená ponuka uchádzača:

26.3.1 Ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu vzniknutú zrejmou matematickou chybou.

26.3.2 Ak uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie v lehote dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, alebo v dlhšej lehote, pokiaľ komisia určila dlhšiu lehotu.

26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky podľa ustanovení bodu 26.3 týchto súťažných podkladov s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

27. Vyhodnocovanie ponúk

27.1 Vyhodnocovanie ponúk vykoná komisia podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

27.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky obsiahnutý v týchto súťažných podkladoch, obsahuje všetky požadované náležitosti ponuky a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito dokumentmi. Ponuky nezodpovedajúce týmto požiadavkám budú z verejnej súťaže vylúčené.

27.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže ponuku, ak nebudú splnené všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch.

27.4 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

27.5 Ak uchádzač na žiadosť komisie nedoručí vysvetlenie v lehote dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, predložené vysvetlenie nebude v súlade s požiadavkou komisie, bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená.

27.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

27.7 V rámci vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie časti predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.

27.8 Elektronická aukcia sa neuplatňuje.

Časť VII.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

28.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.

28.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.).

28.3 Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií.

29. Revízne postupy

29.1 Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

29.2 Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.

Časť VIII. Prijatie ponuky

30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

30.1 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

31. Uzavretie zmluvy

31.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi zmluvu/zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

31.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa povinnosti týkajúce sa zápisu do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

31.3 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

31.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

31.5 Ak uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu (zmluvy) alebo do desiatich pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie vyzvaní neposkytnú súčinnosť podľa odseku 31.4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.

31.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov alebo v prípade, ak zdravotníckemu zariadeniu, resp. organizácii ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

31.7 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

32. Ďalšie informácie

32.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne, ak presiahnu finančnú čiastku určenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky.

32.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.

32.3 Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

32.4 Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.

32.5 Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

32.6 Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. V súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej

uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

32.7 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov sú uvedené v návrhu zmluvy.

32.8 Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať len za účelom účasti uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacimi a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom sa vykonáva počas trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

A.2 Podmienky účasti

33. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu (1):

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom. Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia bude overené zapísanie uchádzača v tomto zozname.

(4) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený JED alebo čestné vyhlásenie.

34. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia

Nepožaduje sa.

35. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti Nepožaduje sa.

36. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

36.1 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

36.2 Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.

36.3 Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: <https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>.

Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>.

36.4 V elektronicke podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov (napr. vo formáte .pdf). Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy, doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené prostredníctvom elektronickeho portálu <https://obstaravanie.eranet.sk/>. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie.

A.3 Kritériá hodnotenia

37. Všeobecné požiadavky na spôsob určenia ceny

37.1 Vzhľadom na rozdelenie predmetu zákazky na časti, ktoré budú vyhodnocované jednotlivo, je potrebné pod pojmom „Predmet zákazky“ používanom v súťažných podkladoch rozumieť pojem „časť Predmetu zákazky“. Všetky ceny uvádzané v ponuke musia zodpovedať požiadavkám stanoveným v bode 15 týchto súťažných podkladov.

37.2 Celková cena musí obsahovať všetky ceny, t. j. celé náklady požadovaného predmetu zákazky podľa časti „B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ v týchto súťažných podkladoch, t. j. súčet/sumár všetkých oceňovaných položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek tak, aby boli splnené všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti „B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ v týchto súťažných podkladoch.

37.3 Pri určovaní cien je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania.

37.4 Všetky ceny zaokrúhli uchádzač na 2 desatinné miesta.

37.5 Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou ceny za predmet zákazky boli aj náklady na dodanie tovaru do miesta plnenia a ďalšie nevyhnutné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.

37.6 Uchádzač vyplní údaje v systéme ERANET v časti "Návrh na plnenie kritérií" a to spôsobom uvedeným v manuáli systému, ktorý je dostupný na prihlasovacej stránke.

38. Kritériá hodnotenia ponúk

38.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil cenu za predmet zákazky „**Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory**“, ktorá bude zohľadňovať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti „B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ v týchto súťažných podkladoch formou vyplnenia tabuľky v systéme ERANET.

38.2 Jediným kritériom hodnotenia ponúk predmetu zákazky je **najnižšia celková cena za predmet zákazky v eur bez DPH**, ktorú musí uchádzač stanoviť a predložiť spôsobom uvedeným v časti „A.3 KRITÉRIÁ HODNOTENIA“ týchto súťažných podkladov.

38.3 Úspešným uchádzačom pre predmet zákazky „**Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory**“ sa stane ten uchádzač, ktorého **celková cena v eur bez DPH** určená spôsobom uvedeným v časti „A.3 KRITÉRIÁ HODNOTENIA“ týchto súťažných podkladov **bude v hodnotenej časti najnižšia**, t. j. vo vyhodnotení ponúk sa umiestnil na prvom mieste a zároveň splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Táto ponuka bude identifikovaná ako úspešná.

B.1 Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy – časť č. 1

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33172100-7 - prístroje na anestéziu, 51410000-9 – inštalácia lekárskeho zariadení, 60000000-8 - dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Miesto plnenia: **Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 831 01 Bratislava**

Lehota dodania: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Minimálna úroveň požadovaných medicínsko-technických parametrov, vlastností a charakteristík predmetu zákazky:

Technické parametre:

Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií v počte 2 ks.

Anestéziologický prístroj vhodný pre všetky kategórie pacientov od novorodencov po dospelých pacientov. Anestéziologický prístroj schopný podávania anestézie s minimálnymi prietokmi pre zvýšenie efektivity a ekonomiky prevádzky. Minimálny prietok čerstvej zmesi v manuálnom alebo plne automatickom režime od 0,1 l/min.

Anestéziologický modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou použitia modulov BISx a NMT.

Elektrické napájanie 230 V / 50 Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s prevádzkou z batérie min. na 45 min.

Prehľadný farebný dotykový ovládací panel anestéziologického prístroja s uhlopriečkou minimálne 35 cm.

Prehľadný farebný dotykový ovládací displej monitora vitálnych funkcií minimálne 35 cm.

Min. 2 vstupy pre moduly pre rozšírenie monitorovaných parametrov monitora vitálnych funkcií.

Nastaviteľný objem v objemovo riadených režimoch v minimálnom rozsahu od 20 do 1 500 ml.

Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách v minimálnom rozsahu od 3 do 70 cm H₂O.

Nastaviteľný pomer I:E v minimálnom rozsahu od 1:4 do 4:1.

Maximálne nastaviteľná frekvencia dychov v minimálnom rozsahu od 4 do 80 dychov/minútu.

Nastaviteľný Peep v minimálnom rozsahu od 3 do 35 mbar.

Anestéziologický prístroj vo vyhotovení na pojazdnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami.

Kompaktný prístroj s integrovaným dýchacím systémom a absorbérom CO₂ do samotného prístroja.

Absorbér CO₂ vymeniteľný aj počas plného chodu prístroja, bez vplyvu na ventiláciu pacienta.

Prístroj s automatickým elektronickým zmiešavačom čerstvej zmesi plynov na základe nastavenej koncentrácie kyslíka s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov.

Vyžaduje sa automatický komplexný test prístroja pred uvedením do prevádzky vrátane otestovania dýchacieho okruhu, dávkovača anestetika ako aj kompletného testu prípadných únikov, bez nutnosti zásahu užívateľa.

Požaduje sa v dodávke - dávkovač anestetika Sevoflurane s elektronickým riadením dávkovania s plnou kontrolou presnosti dávkovania a s dákovaním anestetika len počas inspiračného cyklu dýchania (pre minimalizáciu nákladov na anestetikum).

Dotykový ovládací panel anestéziologického prístroja a modulárneho monitora umiestnený na otočnom ramene s možnosťou ich nezávislého polohovania.

Prídavný otočný držiak/rameno pre modulárny monitor vitálnych funkcií.

Anestéziologický prístroj s prípojami pre plyny z centrálnych rozvodov a tlakových záložných fliaš (O₂, N₂O a medicínalný stlačený vzduch) s kontrolou stavu napájacích plynov.

Konektor pre centrálnu napájanie medicínalných plynov O₂, N₂O, vzduchu s automatickou detekciou správnosti zapojenia plynov, s monitorovaním dodávok centrálnych dodávok tlakov a ich zobrazovaním na obrazovke prístroja s alarmom pri poklese tlaku.

Odkladacie priestory pre pomôcky ako aj písacia plocha pre personál, zásuvka pre pomôcky integrovaná do podvozku.

Prístroj vybavený integrovaným doplnkovým systémom podávania kyslíka v prietokoch od 0 - 12 l/min.

Prístroj s integrovanou odsávacou jednotkou s regulovateľným podtlakom a s nádobou na sekrety 1 l.

Anestéziologický prístroj so zabudovaným systémom pre odsávanie prebytočnej zmesi anestéziologických plynov s integrovaným farebným identifikátorom prietoku odsávania pre možnosť nastavenia správneho odťahu anestéziologických zmesí plynov.

Anestéziologický prístroj vybavený integrovaným monitorom koncentrácie plynov: O₂, N₂O, Anestetikum a CO₂ v inspiriu a expiriu s automatickou detekciou anestetika. Senzory všetkých plynov čerstvej zmesi musia byť nie spotrebného charakteru.

Anestéziologický prístroj s vyhodnotením parametra MAC, zohľadňujúci vplyv inhalačných a intravenózných anestetík priamo v mozgu pacienta s korekciou na vek pacienta, zohľadňujúci adekvátnosť anestézie.

Režimy: manuálna a spontánna ventilácia, objemová ventilácia VC, tlaková ventilácia PC, tlakovo podporná ventilácia PS, synchronizovaná intermitentná ventilácia SIMV a možnosť doplnenia o režim objemovej garancie s tlakovou limitáciou.

Vyžaduje sa možnosť vybavenia prístroja o automatické vedenie anestézie zadaním cieľových hodnôt parametrov pre pacienta. Automatické vedenie anestézie v celej fáze ventilácie pacienta, t. j. od prechodu z manuálnej ventilácie na mandatórnu už s režimom automaticky vedenej anestézie až po ukončenie anestézie.

Vyžaduje sa presná detekcia spontánnej aktivity pacienta s farebným vyobrazením aktivity na prislúchajúcej dychovej krivke (prietokovej, resp. tlakovej).

Ovládací panel s farebnou dotykovou obrazovkou, umožňujúca nastavenie ventilačných parametrov ako aj ovládanie dávkočov anestetika.

Zobrazenie parametrov a kriviek musí byť užívateľom nastaviteľné podľa jeho potrieb.

Vyžaduje sa zobrazenie koncentrácií plynov vo forme parametrov a kriviek, zobrazenie pľúcnej mechaniky s hodnotami vo forme parametrov, kriviek a slučiek.

Vyžaduje sa, aby všetky potrebné nastavenia pre vedenie anestézie bolo možné nastaviť priamo na ovládacom paneli prístroja, t. j. nastavenie čerstvej zmesi, ventilačných parametrov, dávkočov anestetika a pod.

Prístroj musí ponúkať jednoduchý prístup k alarmovým nastaveniam s ponukou automatického nastaveniu alarmových hraníc.

Alarm musí mať minimálne tri úrovne so zvukovým a farebným odlíšením podľa priority udalosti, ktorá nastala (kritický, dôležitý a oznamovací).

Vyžaduje sa pamäť trendov meraných parametrov, min. 24 hod.

Zároveň je požadované, aby prístroj mal uchovávaný zoznam o priebehu anestézie s uchovaním zmien, ktoré personál vykonal, s uchovaním alarmov, ktoré nastali ako aj s vyhodnotením spotreby jednotlivých anestéziologických plynov.

Vyžaduje sa záložný systém pre ventiláciu pacienta v prípade úplného zlyhania prístroja s prietokom kyslíka 0 - 10 l/min. a nastavením tlakovej limitácie v minimálnom rozsahu 0 - 60 mbar.

Prístroj musí byť vybavený rozhraním pre ukladanie dát USB, prenos dát RJ45 a dátový výstup RS 232.

Modulárny monitor vitálnych funkcií schopný monitorovania parametrov (súčasť dodania):

- 5 zvodové EKG (s možnosťou upravenia na 3 zvodové), Masimo SpO₂ kábel a snímače pre deti a dospelých pacientov, neinvazívny tlak krvi (min. 4 veľkosti manžiet od XXS, XS, M, L), teplota - dutinková sonda, 2x invazívny tlak krvi, vrátane min. 5 ks snímačov, parameter vyhodnotenia stavu tekutín PPV a perfúzneho indexu PI.

Modulárny monitor umožňujúci rozšírenie o zásuvné moduly s meraním anestéziologických parametrov: stav anestézie BISx a stav relaxácie NMT.

V zostave sa požaduje dodanie min. 1 ks intubačného videolaryngoskopu kompatibilného s lyžicami pre novorodencov až dospelých pacientov. Veľkosť obrazovky min. 3,5" s FullHD obrazom. Svetelný zdroj a kamera integrovaná do ramienka na konci lyžice. Lyžica jednorázová o veľkosti: XS, S, M, L (po 10 ks z každej). Dlhá výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie (aspoň 3,5 hod.), možnosť vykonania snímku obrazu a krátkeho videa, možnosť bezdrôtového prepojenia s veľkou zobrazovacou jednotkou.

Zostava musí obsahovať kompletné príslušenstvo (hadice, káble, senzory) podľa uvedenej špecifikácie pre uvedenie prístroja do prevádzky pre dospelého pacienta.

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:

V cene musí byť zahrnuté aj plnohodnotné zaškolenie zdravotníckych pracovníkov (max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hod.), montáž a inštalácia prístrojov, odskúšanie prístrojov a ich uvedenie do prevádzky, dopravné náklady na miesto plnenia, poistné náklady do miesta určenia, návod v slovenskom, alebo v českom jazyku.

Tovar musí byť dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný a s príslušenstvom.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do siedmich dní, identifikáciu výrobcu a presný typ ponúkaného zariadenia - predmetu plnenia, a podrobné plnenie všetkých požadovaných technických parametrov prístroja. Pri použití ekvivalentného riešenia/riešení aj zoznam použitých ekvivalentných riešenia/riešení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy, ktorá bude uzatvorená zadaním tejto zákazky alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého Dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade porušenia tohto záväzku zo strany Dodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Dodávateľa v sume rovnajúcej sa 2 % istiny postúpenej pohľadávky.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie podľa ustanovenia § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ručenie, ručiteľské vyhlásenie) od akejkoľvek tretej osoby vo vzťahu k pohľadávkam, ktoré by mu vznikli voči Objednávateľovi. Porušením tohto záväzku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Dodávateľa v sume rovnajúcej sa 2 % istiny pohľadávky.

Záručná doba: *24 mesiacov odo dňa inštalácie*. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu uvedeného predmetu zákazky počas trvania záručnej doby.

Dodávateľ predloží vyhlásenie zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu, alebo certifikát vydaný autorizovanými osobami, resp. notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody, v slovenskom alebo českom jazyku.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Predmet plnenia (tovar/služby/práce) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v navrhovanej lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, bez poskytnutia preddavku. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, k uvedenej celkovej cene bude pripočítaná aj výška DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela *najneskôr do piateho pracovného dňa* v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.

UPOZORNENIE: Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.

Názov predmetu zákazky: Servoventilátory – časť č. 2

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje, 33172000-6 - Prístroje na anestéziu a resuscitáciu, 51410000-9 – inštalácia lekárskeho zariadení, 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Miesto plnenia: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 831 01 Bratislava

Lehota dodania: do 60 dní odo dňa doručenia Objednávky.

Trvanie zmluvy: výsledkom procesu verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody, ktorej čerpanie bude v zmysle potrieb verejného obstarávateľa a finančných možností verejného obstarávateľa na základe čiastkových objednávok. Uzatvorenie rámcovej zmluvy na obdobie 24 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu.

Minimálna úroveň požadovaných medicínsko-technických parametrov, vlastností a charakteristík predmetu zákazky:

Technické parametre:

Servoventilátor najvyššej rady určený pre ventiláciu novorodencov, detí a dospelých v počte **5 ks**.

Prenosný modul pre presnú synchronizáciu a monitorovanie dychovej aktivity respiračného centra pacienta v počte **2 ks**.

Prenosný modul pre synchronizáciu dychového úsilia pacienta proximálnym elektronickým snímačom v počte **1 ks**.

Prenosný modul pre monitorovanie transpulmonárneho tlaku P_L v počte **1 ks**.

V prípade, ak nie sú k dispozícii uvedené funkcie ako prenosné moduly, je potrebné, aby ich všetky prístroje mali zabudované, aby nebolo nutné prerušiť ventiláciu pacienta pre výmenu prístroja s danou funkciou.

Napájanie prístroja: elektrické 200 – 240 V/50Hz; plynne: z centrálnych rozvodov: stlačený medicínsky vzduch a kyslík (alternatívne aj vysoko výkonná, efektívna a rýchlo reagujúca turbína pre stlačený vzduch).

Možnosť sledovania, monitoringu, vyhodnocovania a archivácie priebehu terapie s prepojením do NIS.

Možnosť základného nastavenia parametrov, alarmových hraníc a vyhodnocovacích algoritmov v skupinách pre novorodencov, detí a dospelých pacientov.

Možnosť prednastavenia ventilačných parametrov na základe zadania kategórie pacienta, hmotnosti, výšky, pohlavia.

Prístroj vybavený senzormi pre monitoring nastavených parametrov a pľúcnej mechaniky v kategórii: novorodenec, dieťa a dospelý pacient.

Ventilačná jednotka vybavená inspiračnou a expiračnou vetvou s možnosťou pripojenia dýchacieho okruhu pre novorodencov, detí aj dospelých (bez potreby použitia adaptéra k inspirovanému a expirovanému konektoru).

Aktívne vyhrievanie antibakteriálneho filtra pre ochranu prostredia miestnosti a predchádzanie zrážania sa vlhkosti vo filtri.

Expiračný filter s antivirálnou účinnosťou a dvojistou stenou, použiteľný aj pri aktívnom zvlhčovaní, nevytvárajúci odpor v dýchacích hadiciach - voľný priebeh prietoku.

Musí byť jednoduchá obsluha a údržba: príprava, čistenie a sterilizácia.

Časti prístroja potrebné pre sterilizáciu (komponenty prichádzajúce do styku s pacientom vydychovaným plynom) tvoriace jeden celok.

Možnosť použitia ako jednorazových, tak aj opakovane resterilizovateľných okruhov s pasívnym aj aktívnym zvlhčovaním.

Displej prístroja s farebnou dotykovou obrazovkou, vybavenou svetelnou signalizáciou alarmových stavov s viditeľnosťou v celom rozsahu 360°, upevnený na otočnom a sklopnom ramene pre prispôsobenie jeho polohy podľa potrieb personálu s uhlopriečkou minimálne 15“.

Ovládanie v slovenskom / českom jazyku.

Mobilný podvozok s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia proti pohybu.

Nízka hmotnosť ventilačnej jednotky s displejom.

Prístroj kompletne testujúci vlastnosti a tesnosť interného systému ako aj pripojených dýchacích okruhov.

Prístroj umožňujúci zapnutie alebo vypnutie kompenzácie dýchacích hadíc, schopný kompenzácie únikov minimálne do 50 l/min.

Prístroj vybavený integrovaným záložným zdrojom elektrického napájania na dobu.

Prístroj vybavený integrovaným nebulizátorom.

Nastavenie kompenzácie únikov počas neinvazívnej ventilácie s automatickým nastavením asistora (trigger) podľa veľkosti úniku.

Umožňujúci riadenú i podpornú UVP v režimoch:

- objemovo riadená ventilácia, synchronizovaná aj asistovaná,
- tlakovo riadená ventilácia, synchronizovaná aj asistovaná,
- tlakovo riadená ventilácia na dvoch tlakových úrovniach umožňujúca spontánne dychy pacienta na oboch úrovniach s tlakovou podporou,
- režim tlakovo regulovanej objemovo riadenej ventilácie so synchronizáciou a tlakovou podporou s automatickým riadením inspiračného prietoku,
- automatická ventilácia v uzavretej slučke s automatickým prechodom z riadenej do spontánnej ventilácie a naopak,
- ventilácia s kontinuálnym pozitívnym tlakom s tlakovou podporou alebo bez tlakovej podpory,
- ventilačný režim s uvoľnením tlaku v dýchacích cestách,
- objemová podpora patientskeho úsilia,
- invazívny a neinvazívny proporcionálny ventilačný režim, umožňujúci podporiť pacientom požadované dychy podľa veľkosti a dĺžky jeho úsilia – meraná elektrická aktivita bránice podľa požiadavky z respiračného centra pacienta,
- režim neinvazívnej riadenej a podpornej ventilácie (NIV-PC, NIV-PS),
- ventilácia počas apnoickej pauzy s automatickým návratom do podpornej ventilácie pri detekcii snahy pacienta o nádych,
- vysoko prietoková kyslíková terapia.
- Nastavenie kompenzácie únikov počas neinvazívnej ventilácie s automatickým nastavením asistora (trigger) podľa veľkosti úniku.

Nastaviteľné parametre ventilačných režimov v minimálnych rozsahoch:

- Dychový objem – Vt 3 – 2 000 ml
- Frekvencia ventilácie – f 5 – 120 dych./min.
- Čas inspiria – Ti 0,2 - 5 s.
- Inspiračný prietok 3 – 150 l/min.
- Inspiračný tlak – P_{insp} 5 – 60 mbar
- Tlak na konci výdychu – Peep 1 – 40 mbar
- Pomer I:E 1:6 – 4:1
- Nastavenie FiO₂ 21 – 100 %
- Apnoe time 2 - 45 s.

Požadované funkcie servoventilátora:

- nastavenie citlivosti triggeru – prietok/tlak,
- funkcia zadržania inspíria aj expíria,
- statické merania (určenie Rstat, Cstat a Elasticity),
- funkcia pre určenie správneho Peep a riadiaceho tlaku P_i ,
- funkcia preoxygenácie pacienta,
- funkcia odsávania pacienta s integrovanou funkciou preoxygenácie/odsávania/postoxygenácie s automatickou detekciou znova pripojeného pacienta,
- funkcia automatického recruitment manévru s postupným automatickým zvyšovaním úrovne insp. tlaku až po užívateľom zadanú hodnotu hornej hranice tlaku s následným postupným klesaním pre nájdenie správneho Peep,
- zastavenie obrazovky pre analýzu zmien, resp. udalostí.

Možnosti monitorovania a zobrazenia parametrov:

- tlaky, prietoky a objemy dýchacích ciest vrátane kriviek, parametrov a slučiek pľúcnej mechaniky s voľbou referenčnej slučky/krivky pre analýzu zmien pľúcnej mechaniky,
- minútový objem (expirovaný, sponánnny, celkový, únikový),
- monitorovanie transpulmonárneho tlaku P_L ,
- monitorovanie FiO_2 senzorom nespotrebného charakteru,
- odpor a poddajnosť,
- zobrazenie ventilácie pacienta v grafickej forme, zohľadňujúce nastavenia ventilácie, stav R a C dýchacích ciest a pľúc pacienta so zohľadnením patientskych údajov,
- parametre: NIF, oklúzny tlak, int. PEEP,
- trendy – grafické a numerické pre všetky monitorované parametre, udalosti a pod.,
- zobrazenie na obrazovke musí byť užívateľom konfigurovateľné s voľbou zobrazenia potrebných parametrov,
- možnosť prepnutia obrazovky do nočného/denného režimu ako aj do režimu minimalistického zobrazenia (tzv. súkromné zobrazenie).

Prístroj musí mať jednoducho vyberateľnú expiračnú vetvu pre sterilizáciu, jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom.

Prietokový snímač v prístroji, ktorý meria pľúcnu mechaniku pacienta, musí mať možnosť kalibrácie aj počas ventilácie, bez prerušenia ventilácie.

Možnosť uloženia snímky obrazovky ako aj krátkeho úseku priebehu terapie priamo na pamäťové médium. Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre budúcu elektronickú archiváciu údajov.

V dodaní okrem ventilátorov a modulov sa požaduje ku každému prístroju dodať aktívny zvlhčovač so sadou dýchacích okruhov pre deti a dospelých, min. po 5 ks/prístroj, s vyhrievanou inspiračnou vetvou.

Ďalej musí byť v dodávke aj antibakteriálny filter na expiračnú vetvu s takými vlastnosťami, aby nezvyšoval odpor v dýchacom okruhu pri využití aktívneho zvlhčovača – ideálne s veľkou filtračnou plochou s retenciou proti vírusom (min. 99,999 %).

Servoventilátor musí mať akusticky aj vizuálne rozdelené alarmové hlásenia podľa priority.

Prístroj musí mať integrovaný systém pomoci s grafickým zobrazením pre alarmové hlásenia ako aj pre jednotlivé ventilačné režimy a pod.

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:

V cene musí byť zahrnuté aj plnohodnotné zaškolenie zdravotníckych pracovníkov (max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hod.), montáž a inštalácia prístrojov, odskúšanie prístrojov a ich uvedenie do prevádzky, dopravné

náklady na miesto plnenia, poistné náklady do miesta určenia, návod v slovenskom, alebo v českom jazyku.

Tovar musí byť dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný a s príslušenstvom.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do siedmich dní, identifikáciu výrobcu a presný typ ponúkaného zariadenia - predmetu plnenia, a podrobné plnenie všetkých požadovaných technických parametrov prístroja. Pri použití ekvivalentného riešenia/riešení aj zoznam použitých ekvivalentných riešenia/riešení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy, ktorá bude uzatvorená zadaním tejto zákazky alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého Dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade porušenia tohto záväzku zo strany Dodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Dodávateľa v sume rovnajúcej sa 2 % istiny postúpenej pohľadávky.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie podľa ustanovenia § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ručenie, ručiteľské vyhlásenie) od akejkoľvek tretej osoby vo vzťahu k pohľadávkam, ktoré by mu vznikli voči Objednávateľovi. Porušením tohto záväzku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Dodávateľa v sume rovnajúcej sa 2 % istiny pohľadávky.

Záručná doba: *24 mesiacov odo dňa inštalácie*. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu uvedeného predmetu zákazky počas trvania záručnej doby.

Dodávateľ predloží vyhlásenie zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu, alebo certifikát vydaný autorizovanými osobami, resp. notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody, v slovenskom alebo českom jazyku.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Predmet plnenia (tovar/služby/práce) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v navrhovanej lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, bez poskytnutia preddavku. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, k uvedenej celkovej cene bude pripočítaná aj výška DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela *najneskôr do piateho pracovného dňa* v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.

UPOZORNENIE: Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k elektronickej komunikácii
- Príloha č. 2 Vzor JED
- Príloha č. 3 Návrhy kúpnej zmluvy a rámcovej kúpnej zmluvy pre časti zákazky č. 1 - č. 2
- Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke a že nie je v konflikte záujmov
- Príloha č. 5 Plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača
- Príloha č. 6 Plnomocenstvo pre osobu predkladajúcu ponuku
- Príloha č. 7 Informácia o osobe, ktorá vypracovala ponuku
- Príloha č. 8 Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov
- Príloha č. 9 Čestné vyhlásenie uchádzača o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora a jeho subdodávateľoch
- Príloha č. 10 Návrh na plnenie kritériá pre časť 1
- Príloha č. 11 Návrh na plnenie kritériá pre časť 2
- Príloha č. 12 Vyhlásenie o splnení požiadaviek na predmet zákazky k časti č. 1 predmetu zákazky
- Príloha č. 13 Vyhlásenie o splnení požiadaviek na predmet zákazky k časti č. 2 predmetu zákazky